

جدیدترین نتایج بررسی کیت‌ها و دستگاه‌های آزمایشگاهی (بهمن ۹۳-فروردین ۹۴)

لیست اقلام تشخیصی آزمایشگاهی پزشکی بررسی شده توسط آزمایشگاه مرجع سلامت - بهمن ماه ۹۳

ردیف	نام محصول	کمپانی سازنده	کشور سازنده	شماره ساخت	تاریخ انقضا	شرکت وارد کننده / تولید کننده	نتیجه ارزیابی
۱	کیت گروه خونی Anti-A	Biognost	کروواسی	۱۳/۴۹۸	۲۰۱۵/۱۰/۰۱	پاد پژوهش آزما	قابل قبول
۲	کیت گروه خونی Anti-B	Biognost	کروواسی	۱۳/۴۴۸	۲۰۱۵/۰۸/۰۱	پاد پژوهش آزما	قابل قبول
۳	کیت گروه خونی Anti-AB	Biognost	کروواسی	۱۳/۴۲۸	۲۰۱۵/۱۱/۰۱	پاد پژوهش آزما	قابل قبول
۴	کیت گروه خونی Anti-DM	Biognost	کروواسی	۱۳/۳۱۸	۲۰۱۵/۰۷/۰۱	پاد پژوهش آزما	قابل قبول
۵	کیت گروه خونی Anti -D MG	Biognost	کروواسی	۱۴/۶۰-DMG	۲۰۱۶/۰۲/۰۱	پاد پژوهش آزما	قابل قبول
۶	ویال Anti Human Serum	Biognost	کروواسی	۱۳/۳۹۸	۲۰۱۵/۰۳/۰۱	پاد پژوهش آزما	قابل قبول
۷	کیت اندازه گیری YHbA	Biosystem	اسپانیا	۲۲۷۹	۰۱/۱۲/۲۰۱۶	آریا فارمد	قابل قبول
۸	کیت اندازه گیری YHbA	پادتن طب	ایران	۱۳۶	۴/۱۳۹۴	پادتن طب	قابل قبول
۹	محیط کشت دهیدراته مولر هیتون آگار	TITAN	هند	MFD۹LN-۱	NOV.۲۰۱۶	تجارت گستر تیتان	غیر قابل قبول
۱۰	محیط کشت دهیدراته مولر هیتون آگار	TITAN	هند	MFD۹LN-۱	NOV.۲۰۱۶	شرکت مهدی سلامی	غیر قابل قبول
۱۱	محیط کشت دهیدراته مولر هیتون آگار	TITAN	هند	MFD۹LN-۱	NOV.۲۰۱۶	بازرگانی حاتمی	غیر قابل قبول
۱۲	One Step Pregnancy Test Strip	Runbio Biotech CO.Ltd	چین	۲۰۱۴-۴۲۱	۲۰۱۶/۰۴/۰۱	بازرگانی اسپرلوس دارو	قابل قبول
۱۳	Pregnancy Test Cassette One Step	Runbio Biotech CO.Ltd	چین	۲۰۱۴-۴۲۱	۲۰۱۶/۰۴/۰۱	بازرگانی اسپرلوس دارو	قابل قبول
۱۴	Pregnancy Test Midstream One Step	Runbio Biotech CO.Ltd	چین	۲۰۱۴-۴۲۱	۲۰۱۶/۰۴/۰۱	بازرگانی اسپرلوس دارو	قابل قبول
۱۵	Pregnancy Test Strip One Step	Hangzhou Deangle Biological Engineering	چین	HCG۱۳۱۱۰۱	۰۱/۱۰/۲۰۱۵	بازرگانی اسپرلوس دارو	قابل قبول
۱۶	Pregnancy Test Cassette One Step	Hangzhou Deangle Biological Engineering	چین	HCG۱۳۱۱۰۱	۰۱/۱۰/۲۰۱۵	بازرگانی اسپرلوس دارو	قابل قبول
۱۷	Pregnancy Test Strip One Step	Orient Gene Biotech	چین	S۱۴۰۶۰۰۱	۰۱/۰۵/۲۰۱۶	آذر سینا مد	قابل قبول
۱۸	Pregnancy Test Cassette One Step	Orient Gene Biotech	چین	S۱۴۰۶۰۰۲	۰۱/۰۵/۲۰۱۶	آذر سینا مد	قابل قبول
۱۹	Pregnancy Test Midstream One Step	Orient Gene Biotech	چین	S۱۴۰۶۰۰۳	۰۱/۰۵/۲۰۱۶	آذر سینا مد	قابل قبول
۲۰	لوله لخته + gel+clot activator	Greiner-bio-one	اتریش	R۱۴۰۸۳۸۸	۲۰۱۶.۳	فرتاش داد	قابل قبول
۲۱	لوله لخته + gel+clot activator	Greiner-bio-one	اتریش	XB۱۴۰۹۳۸	۲۰۱۶.۳	فرتاش داد	قابل قبول
۲۲	لوله لخته + clot activator	Greiner-bio-one	اتریش	AK۱۴۰۹۳۸	۲۰۱۶.۳	فرتاش داد	قابل قبول
۲۳	لوله لخته + clot activator	Greiner-bio-one	اتریش	R۱۴۰۹۳۸۸	۲۰۱۶.۳	فرتاش داد	قابل قبول
۲۴	لوله لخته جهت Trace Elements	Greiner-bio-one	اتریش	U۱۴۰۹۳۶۸	۲۰۱۶.۳	فرتاش داد	قابل قبول
۲۵	لوله EDTA K	Greiner-bio-one	اتریش	DQ۱۴۰۹۳۸	۲۰۱۶.۳	فرتاش داد	قابل قبول
۲۶	لوله EDTA K	Greiner-bio-one	اتریش	WP۱۴۰۹۳۸	۲۰۱۵.۹	فرتاش داد	قابل قبول
۲۷	لوله EDTA K	Greiner-bio-one	اتریش	KU۱۴۰۹۳۸	۲۰۱۶.۳	فرتاش داد	قابل قبول
۲۸	لوله EDTA K	Greiner-bio-one	اتریش	TI۴۰۹۳۸	۲۰۱۶.۳	فرتاش داد	قابل قبول
۲۹	لوله لخته No additive	Greiner-bio-one	اتریش	ER ۱۴۰۷۱۸	۲۰۱۶.۱	فرتاش داد	قابل قبول
۳۰	لوله PT + سدیم سیترات ۳/۲	Greiner-bio-one	اتریش	DI۴۰۹۳۵۸	۲۰۱۵.۹	فرتاش داد	قابل قبول
۳۱	لوله لیتیم هیالین	Greiner-bio-one	اتریش	MN۱۴۰۹۳۸	۲۰۱۶.۳	فرتاش داد	قابل قبول
۳۲	Needle ۲۱ G ۱/۲	Gongdong Medical	چین	۲۰۱۴۰۳۱۳	۲۰۱۷/۱۰	دیده بان تجهیزات البرز	قابل قبول
۳۳	Needle ۲۱ G ۱/۴	Gongdong Medical	چین	۲۰۱۳۱۱۲۲	۲۰۱۸/۱۰	دیده بان تجهیزات البرز	قابل قبول
۳۴	کیت غربالگری تشخیص آمفامین در ادرار	Laboratories Arton - INC	کانادا	AMP-۵۴۰۹۲۵	۲۰۱۶.۳ ۲۰۱۶.۹	داتیس تشخیص طب	قابل قبول
۳۵	کیت غربالگری تشخیص اکستازی در ادرار	Laboratories Arton - INC	کانادا	MDMA-۵۴۰۳۰۴ MDMA-۵۴۰۴۰۲	۲۰۱۶.۳ (۱۰۰) ۲۰۱۶.۴ (۵۰)	داتیس تشخیص طب	قابل قبول
۳۶	کیت غربالگری تشخیص مت آمفامین در ادرار	Laboratories Arton - INC	کانادا	MET-۵۴۰۹۲۶	۲۰۱۶.۹	داتیس تشخیص طب	قابل قبول

فهرست وسایل تشخیص آزمایشگاهی پزشکی بررسی شده توسط آزمایشگاه مرجع سلامت - بهمن ماه ۹۳

۳۷	کیت ۳ پارامتری غربالگری تشخیص مرفین، مت آمفتامین ، آمفتامین	Xiamen Boson Biotech	چین	۱۴۰۹۰۳۲۲	۲۰۱۶-۳	نوزان شیمی آزما	قابل قبول
۳۸	کیت مولتی دراگ (۱۰ پارامتری) غربالگری تشخیص تشخیص آمفتامین، مت آمفتامین، مرفین، متادون، اکستازی، بنزودیازپین، کوکائین، حبشیش ، بوپرنورفین ، ترامادول در ادرار	Xiamen Boson Biotech	چین	۱۴۰۹۰۳۲۲	۲۰۱۶-۳	نوزان شیمی آزما	قابل قبول
۳۹	کیت غربالگری تشخیص مرفین در ادرار	حنان طب پارس	ایران	MOP1۳۹۳-۶-۱	Aug-۲۰۱۶	حنان طب پارس	قابل قبول
۴۰	کیت غربالگری تشخیص آمفتامین در ادرار	حنان طب پارس	ایران	AMP1۳۹۳-۶-۱	Aug-۲۰۱۶	حنان طب پارس	قابل قبول
۴۱	کیت غربالگری تشخیص مت آمفتامین در ادرار	حنان طب پارس	ایران	META1۳۹۳-۶-۱	Aug-۲۰۱۶	حنان طب پارس	قابل قبول
۴۲	کیت غربالگری تشخیص اکستازی در ادرار	حنان طب پارس	ایران	MDMA1۳۹۳-۶-۱	Aug-۲۰۱۶	حنان طب پارس	قابل قبول
۴۳	کیت غربالگری تشخیص حبشیش در ادرار	حنان طب پارس	ایران	THC1۳۹۳-۶-۱	Aug-۲۰۱۶	حنان طب پارس	قابل قبول
۴۴	کیت غربالگری تشخیص متادون در ادرار	حنان طب پارس	ایران	MTD1۳۹۳-۶-۱	Aug-۲۰۱۶	حنان طب پارس	قابل قبول
۴۵	کیت غربالگری تشخیص کوکائین در ادرار	حنان طب پارس	ایران	COC1۳۹۳-۶-۱	Aug-۲۰۱۶	حنان طب پارس	قابل قبول
۴۶	کیت غربالگری تشخیص ترامادول در ادرار	حنان طب پارس	ایران	TML1۳۹۳-۶-۱	Aug-۲۰۱۶	حنان طب پارس	قابل قبول
۴۷	کیت غربالگری تشخیص بوپرنورفین در ادرار	حنان طب پارس	ایران	BUP1۳۹۳-۶-۱	Aug-۲۰۱۶	حنان طب پارس	قابل قبول
۴۸	کیت مولتی دراگ ۳ پارامتری غربالگری تشخیص مرفین، مت آمفتامین ، آمفتامین	حنان طب پارس	ایران	M۳T1۳۹۳-۶-۱	Aug-۲۰۱۶	حنان طب پارس	قابل قبول
۴۹	کیت ۵ پارامتری غربالگری تشخیص مرفین، مت آمفتامین ، آمفتامین، متادون ، حبشیش	حنان طب پارس	ایران	M۵T1۳۹۳-۶-۱	Aug-۲۰۱۶	حنان طب پارس	قابل قبول
۵۰	کیت ۶ پارامتری غربالگری تشخیص مرفین، مت آمفتامین ، آمفتامین، متادون ، حبشیش ، کوکائین	حنان طب پارس	ایران	M۶T1۳۹۳-۶-۱	Aug-۲۰۱۶	حنان طب پارس	قابل قبول
۵۱	کیت ۱۰ پارامتری غربالگری تشخیص مرفین، مت آمفتامین ، آمفتامین، متادون ، حبشیش ، کوکائین، بوپرنورفین، اکستازی، باریتوررات، بنزودیازپین در ادرار	حنان طب پارس	ایران	M1۰T1۳۹۳-۶-۱	Aug-۲۰۱۶	حنان طب پارس	قابل قبول
۵۲	کیت غربالگری تشخیص مرفین در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	MOP1۴۱۰۰۰۲-S11 MOP1۴۱۰۰۰۳-S11 MOP1۴۱۰۰۰۴-S11	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۵۳	کیت غربالگری تشخیص اکستازی در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	MDMA1۴۱۰۰۰۲-S11 MDMA1۴۱۰۰۰۳-S11 MDMA1۴۱۰۰۰۴-S11	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۵۴	کیت غربالگری تشخیص آمفتامین در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	AMP1۴۱۰۰۰۲-S11 AMP1۴۱۰۰۰۳-S11 AMP1۴۱۰۰۰۴-S11	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۵۵	کیت غربالگری تشخیص مونو استیل مورفین در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	MAM1۴۱۰۰۰۱-S11 MAM1۴۱۰۰۰۲-S11 MAM1۴۱۰۰۰۳-S11	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۵۶	کیت غربالگری تشخیص حبشیش در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	THC1۴۱۰۰۰۳-S11 THC1۴۱۰۰۰۴-S11 THC1۴۱۰۰۰۵-S11	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۵۷	کیت غربالگری تشخیص بوپرنورفین در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	BUP1۴۱۰۰۰۱-S11 BUP1۴۱۰۰۰۲-S11 BUP1۴۱۰۰۰۳-S11	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۵۸	کیت غربالگری تشخیص لوپیات در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	OPI1۴۱۰۰۰۲-S11 OPI1۴۱۰۰۰۳-S11 OPI1۴۱۰۰۰۴-S11	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۵۹	کیت غربالگری تشخیص ترامادول در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	TML1۴۱۰۰۰۱-S11 TML1۴۱۰۰۰۲-S11 TML1۴۱۰۰۰۳-S11	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۶۰	کیت غربالگری تشخیص مت آمفتامین در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	META1۴۱۰۰۰۳-S11 META1۴۱۰۰۰۴-S11 META1۴۱۰۰۰۵-S11	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۶۱	کیت غربالگری تشخیص کوکائین در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	COC1۴۱۰۰۰۳-S11 COC1۴۱۰۰۰۴-S11 COC1۴۱۰۰۰۵-S11	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول

۶۲	کیت غربالگری تشخیص EDDP در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	EDDP۱۴۱۰۰۰۱- S۱۱EDDP۱۴۱۰۰۰۲- S۱۱EDDP۱۴۱۰۰۰۳- S۱۱	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۶۳	کیت غربالگری تشخیص بنزودیازپین در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	BZO۱۴۱۰۰۰۲-S۱۱ BZO۱۴۱۰۰۰۳-S۱۱ BZO۱۴۱۰۰۰۴-S۱۱	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۶۴	کیت غربالگری تشخیص فن تائیل در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	FYL۱۴۱۰۰۰۱-S۱۱ FYL۱۴۱۰۰۰۲-S۱۱ FYL۱۴۱۰۰۰۳-S۱۱	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۶۵	کیت غربالگری تشخیص کوتینین در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	COT۱۴۱۰۰۰۱-S۱۱ COT۱۴۱۰۰۰۲-S۱۱ COT۱۴۱۰۰۰۳-S۱۱	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۶۶	کیت غربالگری تشخیص متا کولن در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	MQL۱۴۱۰۰۰۱-S۱۱ MQL۱۴۱۰۰۰۲-S۱۱ MQL۱۴۱۰۰۰۳-S۱۱	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۶۷	کیت غربالگری تشخیص فن سیکلیدین در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	PCP۱۴۱۰۰۰۱-S۱۱ PCP۱۴۱۰۰۰۲-S۱۱ PCP۱۴۱۰۰۰۳-S۱۱	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۶۸	کیت غربالگری تشخیص باربیتورات در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	BAR۱۴۱۰۰۰۱-S۱۱ BAR۱۴۱۰۰۰۲-S۱۱ BAR۱۴۱۰۰۰۳-S۱۱	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۶۹	کیت غربالگری تشخیص پروپوکسی فن در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	PPX۱۴۱۰۰۰۱-S۱۱ PPX۱۴۱۰۰۰۲-S۱۱ PPX۱۴۱۰۰۰۳-S۱۱	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۷۰	کیت غربالگری تشخیص اکسی کدون در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	OXY۱۴۱۰۰۰۱-S۱۱ OXY۱۴۱۰۰۰۲-S۱۱ OXY۱۴۱۰۰۰۳-S۱۱	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۷۱	کیت غربالگری تشخیص تری سیکلیک انتی دپرسانتها در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	TCA۱۴۱۰۰۰۱-S۱۱ TCA۱۴۱۰۰۰۲-S۱۱ TCA۱۴۱۰۰۰۳-S۱۱	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۷۲	کیت غربالگری تشخیص متادون در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	MTD۱۴۱۰۰۰۱-S۱۱ MTD۱۴۱۰۰۰۲-S۱۱ MTD۱۴۱۰۰۰۳-S۱۱	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۷۳	کیت غربالگری تشخیص ماری جوانا صنعتی (۷۴) در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	SMA۱۴۱۰۰۰۱-S۱۱ SMA۱۴۱۰۰۰۲-S۱۱ SMA۱۴۱۰۰۰۳-S۱۱	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۷۴	کیت غربالگری تشخیص کتامین در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	KET۱۴۱۰۰۰۱-S۱۱ KET۱۴۱۰۰۰۲-S۱۱ KET۱۴۱۰۰۰۳-S۱۱	۲۰۱۶-۱۰	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۷۵	کیت غربالگری تشخیص مرفین در ادرار	زیست ابزار پژوهان	ایران	۲۳۱۱۱۵۰۱۰۶	۲۰۱۶-۰۱	زیست ابزار پژوهان	قابل قبول
۷۶	کیت غربالگری تشخیص آمفتامین در ادرار	زیست ابزار پژوهان	ایران	۲۳۱۲۱۵۰۱۰۷	۲۰۱۶-۰۱	زیست ابزار پژوهان	قابل قبول
۷۷	کیت غربالگری تشخیص مت آمفتامین در ادرار	زیست ابزار پژوهان	ایران	۲۳۱۴۱۵۰۱۰۸	۲۰۱۶-۰۱	زیست ابزار پژوهان	قابل قبول
۷۸	کیت مولتی دراگ (۱۰ پارامتری) غربالگری تشخیص آمفتامین، مت آمفتامین، مرفین، متادون، بنزودیازپین، تری سیکلیک انتی دپرسانت، کوکائین، حشیش، بوپرنورفین، ترامادول در ادرار	Biotest - Right Sign نام تجاری	چین	DOA۱۴۰۹۰۰۱-S	۲۰۱۶-۰۹	آیسان آرکا ویژن	قابل قبول
۷۹	کیت تشخیص آمفتامین- مت آمفتامین در ادرار به روش TLC	زیست ابزار پژوهان	ایران	۵۱۱۷۱۴۰۶۱۸	۲۰۱۶-۰۶	زیست ابزار پژوهان	قابل قبول
۸۰	کیت ۴ پارامتری غربالگری تشخیص مرفین، مت آمفتامین، آمفتامین، متادون در ادرار	Assure Tech (Fastep)	چین	D۴۱۰۱۵۷	۲۰۱۶-۰۹	وستا تجهیزات پارت	قابل قبول
۸۱	کیت سه پارامتری غربالگری تشخیص مصرف آمفتامین، مت آمفتامین، مرفین در ادرار	Hangzhou Clongene Biotech	چین	S۱۴۱۲۰۱۰۱	۲۰۱۶ ۱۱ ۳۰	پارسیان گیتی ایرانپان	قابل قبول

فهرست وسایل تشخیص آزمایشگاهی پزشکی بررسی شده توسط آزمایشگاه مرجع سلامت - بهمن ماه ۹۳

ردیف	نام محصول	شرکت سازنده	کشور سازنده	شماره ساخت	تاریخ انقضا	شرکت وارد کننده / تولید کننده	نتیجه ارزیابی
۸۲	دستگاه شمارشگر سلولی Plus3000-BC	Mindray	چین			فرما طب	قابل قبول
۸۳	دستگاه شمارشگر سلولی ۳۶۰۰-BC	Mindray	چین			فرما طب	قابل قبول
۸۴	دستگاه شمارشگر سلولی ۲۸۰۰-BC	Mindray	چین			فرما طب	قابل قبول
۸۵	سدیمان آنالایزر مدل Therna NE	Linear Chemicals,S.L	اسپانیا			فرما طب	قابل قبول
۸۶	کوآکلو متر نیمه اتوماتیک مدل ۴۰۰۵f	Beijing succeder	چین			ماد مد مهر	قابل قبول
۸۷	دستگاه الکترولیت آنالایزر ۱۰۰KD	medical Kindle	چین			پرهام پژوهش	قابل قبول
۸۸	دستگاه الکترولیت آنالایزر ۳۰۰GE	shenzhen genius	چین			سریع آزما آریا	قابل قبول
۸۹	گلوکومتر ۱۰۰۰Medisign MM	Tianjin Empecs Medical Devices	کره جنوبی			آپتیک پارس	قابل قبول
۹۰	دستگاه خوانش تست اوره آز تنفسی	Tri-med distribution PTY LTD	استرالیا			شرکت فرآیند پردازشگران آتیه	قابل قبول
۹۱	Microplate Reader MY۰۱	Schenzhen Emperor	چین			کابوک طب	قابل قبول
۹۲	Microplate Washer WY۰۶	Schenzhen Emperor	چین			کابوک طب	قابل قبول
۹۳	Chemistry Analyzer Semi automatic EMP-۱۶۸	Schenzhen Emperor	چین			کابوک طب	قابل قبول
۹۴	دستگاه کمی لومینسانس MAGLUMI	SNIBE	چین			پادینا تشخیص ایرانیان	قابل قبول
۹۵	آنالایزر بیوشیمی ۴۰۰۰ARCHITECY C	ABBOTT LABORATORIES	آمریکا			مدلینک	قابل قبول

توجه: ۱- در خصوص کیت‌های تشخیص مرفین Cut off قابل قبول ۳۰۰ نانو گرم در میلی لیتر، آمفتامین، مت آمفتامین و اکستازی ۵۰۰ نانو گرم در میلی لیتر، حشیش ۵۰ نانو گرم در میلی لیتر قابل قبول است.
۲- درمورد کلیه کیت‌های غربالی تشخیص مواد مخدر و روان گردان، عرض نوارهای تست ۵ میلی متر قابل قبول است.

فهرست وسایل تشخیص آزمایشگاهی بررسی شده توسط آزمایشگاه مرجع سلامت - فروردین ۹۴

ردیف	نام محصول	شرکت سازنده	کشور سازنده	شماره ساخت	تاریخ انقضا	شرکت وارد کننده / تولید کننده	نتیجه ارزیابی
۳	DAVID PREGNANCY TEST MIDSTREM	Runbio Biotech CO.Ltd	چین	۲۰۱۳۱۲۰۵	۴۲۱۰۶	طلوع تدبیر پارس	قابل قبول
۴	One Step Pregnancy Test Cassette	AccuBioTech	چین	۲۰۱۳۰۶۰۷۰۳	۰۶/۲۰۱۵	روبینا طب آزما	قابل قبول
۵	One Step Pregnancy Test Strip	AccuBioTech	چین	۲۰۱۴۱۲۰۰۲	۱۹/۱۰/۲۰۱۶	روبینا طب آزما	قابل قبول
۶	کیت ۱۰ پارامتری غربالگری تشخیص مرفین، مت آمفتامین، آمفتامین، متادون، حشیش، کوکائین، اکستازی، باریتوررات، بنزودیازپین، تری سیکلیک انتی دپرسانت، در ادرار	Golden Bio Technologies	آمریکا	R1۰۱۲۳	۲۰۱۵۰۷	ببین محصولات یاران کوثر (بهمدیکو)	قابل قبول
۷	کیت سه پارامتری غربالگری تشخیص "مرفین - آمفتامین - مت آمفتامین" در ادرار	Golden Bio Technologies	آمریکا	RT3۹۳۱۰	۲۰۱۷۰۷	ببین محصولات یاران کوثر (بهمدیکو)	قابل قبول
۸	کیت غربالگری تشخیص آمفتامین در ادرار	Golden Bio Technologies	آمریکا	R۰۱۱۲۱۲	۲۰۱۶۱۰	ببین محصولات یاران کوثر (بهمدیکو)	قابل قبول
۹	کیت غربالگری تشخیص مت آمفتامین در ادرار	Golden Bio Technologies	آمریکا	R۰۱۱۲۱۳	۲۰۱۶۱۰	ببین محصولات یاران کوثر (بهمدیکو)	قابل قبول
۱۰	کیت غربالگری تشخیص بوپرنورفین در ادرار	Arton Laboratories - INC	کانادا	BUP-۵۴۰۹۲۴	۲۰۱۶۰۹	داتیس تشخیص طب	قابل قبول
۱۱	کیت ۱۰ پارامتری غربالگری تشخیص مرفین، مت آمفتامین، آمفتامین، متادون، حشیش، کوکائین، اکستازی، باریتوررات، بنزودیازپین، تری سیکلیک انتی دپرسانت، در ادرار	AI DE Diagnostic Co.Ltd	چین	DOA1۰۰۱۳۰۴M۲۱	۲۰۱۶۰۲	پارسیان آز طب	قابل قبول
۱۲	کیت نواری غربالگری تشخیص مرفین در ادرار	Accu BioTech (Accu Tell)	چین	۲۰۱۵۰۱۰۱۹	۲۰۱۶۱۲۲۲	روبینا طب آزما	قابل قبول
۱۳	کیت نواری غربالگری مت آمفتامین در ادرار	Accu BioTech (Accu Tell)	چین	۲۰۱۵۰۱۲۰	۲۰۱۶۱۲۲۲	روبینا طب آزما	قابل قبول
۱۴	کیت نواری غربالگری تشخیص آمفتامین در ادرار	Accu BioTech	چین	۲۰۱۵۰۱۰۱۸	۲۰۱۶۱۲۲۲	روبینا طب آزما	قابل قبول

فهرست وسایل تشخیص آزمایشگاهی پزشکی بررسی شده توسط آزمایشگاه مرجع سلامت - فروردین ۹۴

۱۵	کیت غربالگری تشخیص کوکائین در ادرار	روزان آزما	ایران	۲۰۱۷۰۵	۲۰۱۷۰۵	روزان آزما	قابل قبول
۱۶	کیت غربالگری تشخیص تری سیکلیک آنتی دپرسانت ها در ادرار	روزان آزما	ایران	۲۰۱۶۱۲	۲۰۱۶۱۲	روزان آزما	قابل قبول
۱۷	سرم کنترل نرمال Man Norm	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۹۱	۹۵۰۰۹۱	شرکت من	قابل قبول
۱۸	سرم کنترل پاتوژن Man Path	شرکت من	ایران	۹۴۰۱۳۵	۹۴۰۱۳۵	شرکت من	قابل قبول
۱۹	کالیبراتور Man Cal	شرکت من	ایران	۹۴۰۲۷۹	۹۴۰۲۷۹	شرکت من	قابل قبول
۲۰	HDL-Cholesterol Direct	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۴	۹۵۰۰۴	شرکت من	قابل قبول
۲۱	LDL-Cholesterol	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۴	۹۵۰۰۴	شرکت من	قابل قبول
۲۲	HDL-Chol Calibrator	شرکت من	ایران	۹۴۰۱۱	۹۴۰۱۱	شرکت من	قابل قبول
۲۳	LDL-Chol Calibrator	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۶	۹۵۰۰۶	شرکت من	قابل قبول
۲۴	CK-MB	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۵	۹۵۰۰۵	شرکت من	قابل قبول
۲۵	CK-MB Control	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۱	۹۵۰۰۱	شرکت من	قابل قبول
۲۶	Iron Ferrozine	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۴	۹۵۰۰۴	شرکت من	قابل قبول
۲۷	Albumin	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۴	۹۵۰۰۴	شرکت من	قابل قبول
۲۸	Albumin Standard	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۴	۹۵۰۰۴	شرکت من	قابل قبول
۲۹	Magnesium	شرکت من	ایران	۹۴۰۱۲	۹۴۰۱۲	شرکت من	قابل قبول
۳۰	magnesium Standard	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۱	۹۵۰۰۱	شرکت من	قابل قبول
۳۱	Urine Protein	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۲	۹۵۰۰۲	شرکت من	قابل قبول
۳۲	Urine Protein Standard	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۲	۹۵۰۰۲	شرکت من	قابل قبول
۳۳	Amylase	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۸	۹۵۰۰۸	شرکت من	قابل قبول
۳۴	Bilirubin Direct	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۶	۹۵۰۰۶	شرکت من	قابل قبول
۳۵	Total Protein	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۶	۹۵۰۰۶	شرکت من	قابل قبول
۳۶	ALP-Stable Liquid	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۲	۹۵۰۰۲	شرکت من	قابل قبول
۳۷	Calcium Arsenazo	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۶	۹۵۰۰۶	شرکت من	قابل قبول
۳۸	HbA1c	شرکت من	ایران	۹۴۰۰۵	۹۴۰۰۵	شرکت من	قابل قبول
۳۹	Control High HbA1c	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۲	۹۵۰۰۲	شرکت من	قابل قبول
۴۰	Control Low HbA1c	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۲	۹۵۰۰۲	شرکت من	قابل قبول
۴۱	HbA1c Calibrator	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۲	۹۵۰۰۲	شرکت من	قابل قبول
۴۲	استاندارد گلوکز	شرکت من	ایران	۹۴۰۰۷	۹۴۰۰۷	شرکت من	قابل قبول
۴۳	استاندارد کلسترول	شرکت من	ایران	۹۴۰۰۱	۹۴۰۰۱	شرکت من	قابل قبول
۴۴	استاندارد اوره	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۵	۹۵۰۰۵	شرکت من	قابل قبول
۴۵	استاندارد اسید اوریک	شرکت من	ایران	۹۴۰۰۲	۹۴۰۰۲	شرکت من	قابل قبول
۴۶	استاندارد توتال پروتئین	شرکت من	ایران	۹۴۰۰۷	۹۴۰۰۷	شرکت من	قابل قبول
۴۷	استاندارد تریگلیسیرید	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۳	۹۵۰۰۳	شرکت من	قابل قبول
۴۸	استاندارد فسفر	شرکت من	ایران	۹۴۰۰۱	۹۴۰۰۱	شرکت من	قابل قبول
۴۹	استاندارد کراتینین	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۶	۹۵۰۰۶	شرکت من	قابل قبول
۵۰	استاندارد آهن	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۴	۹۵۰۰۴	شرکت من	قابل قبول
۵۱	استاندارد کلسیم	شرکت من	ایران	۹۵۰۰۲	۹۵۰۰۲	شرکت من	قابل قبول

توجه: ۱- در خصوص کیت های تشخیص مرفین Cut off قابل قبول ۳۰۰ نانو گرم در میلی لیتر ، آمفتامین ، مت آمفتامین و اکستازی ۵۰۰ نانو گرم در میلی لیتر، حشیش ۵۰ نانو گرم در میلی لیتر قابل قبول است.

۲- درمورد کلیه کیت های غربالی تشخیص مواد مخدر و روان گردان ، عرض نوارهای تست ۵ میلی متر قابل قبول است.